

MNS/ZP/A/9/18

Szczecin, dn. 29.08.2018r.

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy pzp. na: „Zakup liofilizatora dla Działu Konserwacji Muzeum Narodowego w Szczecinie realizowany w ramach Projektu współfinansowanego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 pn. „ Konserwatorskie Niebo – zakup wyposażenia dla Pracowni Działu Konserwacji Muzeum Narodowego w Szczecinie”

ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający zgodnie z art.38 ust.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: DZ. U z 2017, poz. 1579 – z późn. zm.) dokonuje zmian treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem 2018/S 147-337555 w dniu 02.08.2018, w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej <http://bip.muzeum.szczecin.pl> w następującym zakresie:

1. SIWZ - załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia – Specyfikacja techniczna nr 2 Kondensator lub zespół kondensatorów lodu – właściwości: czujniki otrzymuje brzmienie:

Czujniki	Termometr działający w zakresie -50° C - +50° C
----------	---

2. . SIWZ - załącznik nr 3 – Formularz cenowo – przedmiotowy – Parametry techniczne urządzenia i inne wymagane przez Zamawiającego zgodnie z OPZ – Kondensator lub zespół kondensatorów lodu – Właściwości: czujniki otrzymuje brzmienie:

Czujniki	Termometr działający w zakresie -50° C - +50° C
----------	---

POZOSTAŁE ZAPISY POZOSTAJĄ BEZ ZMIAN

.....