

AZ.2710.2.7.2019.MS

Szczecin, dn. 07.03.2019r.

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy pzp. na: „Zakup mebli i sprzętu laboratoryjnego dla Działu Konserwacji Muzeum Narodowego w Szczecinie realizowany w ramach Projektu współfinansowanego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 pn. „ Konserwatorskie Niebo – zakup wyposażenia dla Pracowni Działu Konserwacji Muzeum Narodowego w Szczecinie”

ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający zgodnie z art.38 ust.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: DZ. U z 2018, poz. 1986 – z późn. zm.) dokonuje zmian treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem 2019/S 022-047447 w dniu 31.01.2019, w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej <http://bip.muzeum.szczecin.pl> w następującym zakresie:

1. SIWZ Rozdział IV Opis przedmiotu zamówienia pkt.3 – Zadanie nr 1 Zakup mebli laboratoryjnych pkt.5 ppkt. e) Nadstawki instalacyjne otrzymuje nowe brzmienie:

Nadstawka wykonana ze stali ocynkowanej o grubości min. 1,5 mm malowanej proszkowo farbą epoksydową chemoodporną, lub profili aluminiowych anodowanych, wysokości w przedziale 450-800 mm.

2.SIWZ Załącznik 1 Opis przedmiotu zamówienia pkt.2 dla zadania nr 1 – zakup mebli laboratoryjnych pkt.5 ppkt.e) nadstawki instalacyjne otrzymuje nowe brzmienie:

Nadstawka wykonana ze stali ocynkowanej o grubości min. 1,5 mm malowanej proszkowo farbą epoksydową chemoodporną, lub profili aluminiowych anodowanych, wysokości w przedziale 450-800 mm.

3.SIWZ Rozdział IV Opis przedmiotu zamówienia pkt.3 – Zadanie nr 1 Zakup mebli laboratoryjnych pkt.5 ppkt. f) blaty robocze otrzymuje nowe brzmienie:

- Ceramika Lita – płyta o grubości w przedziale 20-28 mm z podniesionym obrzeżem w zakresie 32-38 mm.

4.SIWZ Załącznik 1 Opis przedmiotu zamówienia pkt.2 dla zadania nr 1 – zakup mebli laboratoryjnych pkt.5 ppkt.f) blaty robocze otrzymuje nowe brzmienie:

- Ceramika Lita – płyta o grubości w przedziale 20-28 mm z podniesionym obrzeżem w zakresie 32-38 mm.

POZOSTAŁE ZAPISY POZOSTAJĄ BEZ ZMIAN

.....