

AZ.2710.2.3.2019.MS

Szczecin, dn. 04.03.2019r.

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „**Zakup mebli i sprzętu laboratoryjnego dla Działu Konserwacji Muzeum Narodowego w Szczecinie realizowany w ramach Projektu współfinansowanego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 pn. „ Konserwatorskie Niebo – zakup wyposażenia dla Pracowni Działu Konserwacji Muzeum Narodowego w Szczecinie”**”

Odpowiedzi na pytania

W związku z otrzymanymi zapytaniem do zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 31.01.2019 pod numerem 2019/S 022-047447, w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej <http://bip.muzeum.szczecin.pl>; pn.: „**Zakup mebli i sprzętu laboratoryjnego dla Działu Konserwacji Muzeum Narodowego w Szczecinie realizowany w ramach Projektu współfinansowanego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 pn. „ Konserwatorskie Niebo – zakup wyposażenia dla Pracowni Działu Konserwacji Muzeum Narodowego w Szczecinie”**”

DLA ZADANIA NR 1 – ZAKUP MEBLI LABORATORYJNYCH

Pytanie 1:

Na spełnienie wymagań SIWZ prosimy o dopuszczenie raportu z badań na zgodność z normą 14175 – część III wydanego przez akredytowane laboratorium badawcze uprawnione do typu badań dla dygestoriów .

Odpowiedź

W odpowiedzi na pytanie Zamawiający dokonuje zmian w treści Siwz:

SIWZ Rozdział IV Opis przedmiotu zamówienia pkt. 3) Zadanie nr 1 – zakup mebli laboratoryjnych §pkt.3) ppkt.e) dodaje się:

lub raport z badań dygestoriów na zgodności z normą 14175 – część III wydane przez akredytowane laboratorium badawcze uprawnione do tego typu badań , pod warunkiem iż oferowane dygestorium spełniać będzie wymogi zawarte w /w. normie.

SIWZ Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia pkt. 2) Dla zadania nr 1 Zakup mebli laboratoryjnych pkt.3) ppkt.e) dodaje się:

lub raport z badań dygestoriów na zgodności z normą 14175 – część III wydane przez akredytowane laboratorium badawcze uprawnione do tego typu badań , pod warunkiem iż oferowane dygestorium spełniać będzie wymogi zawarte w /w. normie.

SIWZ Załącznik nr 7.I – wzór umowy dla zadania 1 – zakup mebli laboratoryjnych §3 ust.3) pkt. e) dodaje się:

lub raport z badań dygestoriów na zgodności z normą 14175 – część III wydane przez akredytowane laboratorium badawcze uprawnione do tego typu badań , pod warunkiem iż oferowane dygestorium spełniać będzie wymogi zawarte w /w. normie.

.....