



AZ.2710.3.5.2019.MS

Szczecin, dn. 13.05.2019 r.

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „**Zakup urządzeń medycznych dla Działu Konserwacji Muzeum Narodowego w Szczecinie realizowany w ramach Projektu współfinansowanego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 pn. „ Konserwatorskie Niebo – zakup wyposażenia dla Pracowni Działu Konserwacji Muzeum Narodowego w Szczecinie”**”

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Zamawiający zawiadamia, że prowadzone postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na: „**Zakup urządzeń medycznych dla Działu Konserwacji Muzeum Narodowego w Szczecinie realizowany w ramach Projektu współfinansowanego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 pn. „ Konserwatorskie Niebo – zakup wyposażenia dla Pracowni Działu Konserwacji Muzeum Narodowego w Szczecinie”**” zostaje unieważnione.

Uzasadnienie prawne unieważnienia:

Postępowanie unieważniono na podstawie art. 93 ust.1 pkt.1 Pzp, który stanowi, że Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

Uzasadnienie faktyczne unieważnienia:

W niniejszym postępowaniu złożono 1 ofertę:

Seliga Microscopes Sp. z o.o. ul. Aleksandrowska 127, 91-205 Łódź, email: biuro@seliga.pl;

Zamawiający dokonał odrzucenia oferty Wykonawcy z uwagi na jej sprzeczność z postanowieniami Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zgodnie z Załącznikiem nr 3 – formularz cenowo - przedmiotowy specyfikacji istotnych warunków zamówienia Wykonawca zobowiązany został do potwierdzenia zgodności parametrów. Wymaganiem Zamawiającego było zaoferowanie mikrosilnika protetycznego – 2 szt. o mocy minimum. 200W. W formularzu cenowo- przedmiotowym załączonym do oferty wykonawca zaoferował mikrosilniki o mocy 160W a więc poniżej wymagań zamawiającego.

W rezultacie powyższego Zamawiający odrzucił ofertę na podstawie art.89 ust.1 pkt.2 ponieważ jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Mając na uwadze powyższe zachodzi konieczność unieważnienia postępowania na podstawie art.93 ust.1 pkt.1 ponieważ nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

.....
Dyrektor Muzeum Narodowego w Szczecinie
Lech Karwowski