



AZ.2710.3.4.2019.MS

Szczecin, dn. 13.05.2019r.

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „**Zakup urządzeń medycznych dla Działu Konserwacji Muzeum Narodowego w Szczecinie realizowany w ramach Projektu współfinansowanego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 pn. „ Konserwatorskie Niebo – zakup wyposażenia dla Pracowni Działu Konserwacji Muzeum Narodowego w Szczecinie”**”

ZAWIADOMIENIE O ODRZUCENIU OFERTY

Niniejszym, działając na podstawie art.89 ust.1 pkt 2 Pzp, Zamawiający dokonuje odrzucenia oferty Wykonawcy **Seliga Microscopes Sp. z o.o. ul. Aleksandrowska 127, 91-205 Łódź** z uwagi na jej sprzeczność z postanowieniami Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zgodnie z Załącznikiem nr 3 – formularz cenowo - przedmiotowy specyfikacji istotnych warunków zamówienia Wykonawca zobowiązany został do potwierdzenia zgodności parametrów. Wymaganiem Zamawiającego było zaoferowanie mikrosilnika protetycznego – 2 szt. o mocy minimum. 200W. W formularzu cenowo- przedmiotowym załączonym do oferty wykonawca zaoferował mikrosilniki o mocy 160W a więc poniżej wymagań zamawiającego.

W rezultacie powyższego Zamawiający odrzuca ofertę na podstawie art.89 ust.1 pkt.2 gdy jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

.....
Dyrektor Muzeum Narodowego w Szczecinie
Lech Karwowski