



AZ.2710.1.2020.1.MS

Szczecin, dn. 12.02.2020r.

**Dotyczy:** postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy pzp. na: „Zakup sprzętu badawczego dla Działu Konserwacji Muzeum Narodowego w Szczecinie realizowany w ramach Projektu współfinansowanego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 pn. „ Konserwatorskie Niebo – zakup wyposażenia dla Pracowni Działu Konserwacji Muzeum Narodowego w Szczecinie”

#### ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający zgodnie z art.38 ust.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: DZ. U z 2019, poz. 1843 – z późn. zm.) dokonuje zmian treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem 2020/S 024-053077 w dniu 04.02.2020, w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej <http://bip.muzeum.szczecin.pl> w następującym zakresie:

**SIWZ - Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia – pkt.2 DLA ZADANIA NR 1 ZAKUP SPEKTROMETRU FLUORESCENCJI RETGENOWSKIEJ pkt. 7) specyfikacja techniczna dla zadania nr 1 – Detektor SDD otrzymuje nowe brzmienie:**

Detektor SDD o rozdzielczości nie gorszej niż 185 eV o powierzchni aktywnej nie mniejszej niż 20mm<sup>2</sup>

**SIWZ – Załącznik nr. 3.I – formularz przedmiotowy dla zadania 1 – spektrometr fluorescencji rentgenowskiej – parametry techniczne i inne wymagane przez zamawiającego zgodnie z opz – detektor SDD otrzymuje nowe brzmienie:**

Detektor SDD o rozdzielczości nie gorszej niż 185 eV o powierzchni aktywnej nie mniejszej niż 20mm

.....