



AZ.2710.1.2020.6.MS

Szczecin, dn. 13.03.2020r.

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy pzp. na: „Zakup sprzętu badawczego dla Działu Konserwacji Muzeum Narodowego w Szczecinie realizowany w ramach Projektu współfinansowanego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 pn. „ Konserwatorskie Niebo – zakup wyposażenia dla Pracowni Działu Konserwacji Muzeum Narodowego w Szczecinie”

Odpowiedzi na pytania

W związku z otrzymanymi zapytaniem do zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 04.02.2020 pod numerem 2020/S 024-053077, w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej <http://bip.muzeum.szczecin.pl>; pn.: „Zakup sprzętu badawczego dla Działu Konserwacji Muzeum Narodowego w Szczecinie realizowany w ramach Projektu współfinansowanego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 pn. „ Konserwatorskie Niebo – zakup wyposażenia dla Pracowni Działu Konserwacji Muzeum Narodowego w Szczecinie”

Pytanie 1 :

W odpowiedzi na jedno z zadanych pytań Państwo udzielili zgody na to by detektor spektrometru miał rozdzielczość nie gorszą niż 185 eV, ale najnowsza wersja SIWZ dalej wspomina na str. 33 i 47 o rozdzielczości nie gorszej niż 139 eV. Czy pojawi się SIWZ z korekcją wspomnianego parametru?

Odpowiedź

Zamawiający udostępnił poprawioną Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia - tekst jednolity 2 na stronie <http://bip.muzeum.szczecin.pl>

.....