

AZ.2710.1.4.2019/MS

Szczecin, dn. 21.01.2019r.

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy pzp. na: „Zakup liofilizatora dla Działu Konserwacji Muzeum Narodowego w Szczecinie realizowany w ramach Projektu współfinansowanego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 pn. „ Konserwatorskie Niebo – zakup wyposażenia dla Pracowni Działu Konserwacji Muzeum Narodowego w Szczecinie”

ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający zgodnie z art.38 ust.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: DZ. U z 2018, poz. 1986 – z późn. zm.) dokonuje zmian treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem 2018/S 248-572708 w dniu 26.12.2018, w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej <http://bip.muzeum.szczecin.pl> w następującym zakresie:

1. SIWZ Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia – Specyfikacja techniczna nr 2 Kondensator lub zespół kondensatorów lodu – właściwości: czujniki otrzymuje nowe brzmienie:

czujniki	Termometr działający w zakresie -50° C do +50° C
----------	--

2. SIWZ - załącznik nr 3 – Formularz cenowo – przedmiotowy – Parametry techniczne urządzenia i inne wymagane przez Zamawiającego zgodnie z OPZ – Kondensator lub zespół kondensatorów lodu – Właściwości: czujniki otrzymuje brzmienie:

Parametry techniczne urządzenia i inne wymagane przez Zamawiającego zgodnie z OPZ			
Kondensator lub zespół kondensatorów lodu			
Właściwości:	Opis parametrów:	Potwierdzenie zgodności parametrów *	Oferowany model (pełna nazwa, typ, marka) JEŻELI TAKI ISTNIEJE
1	2	3	4
Czujniki	Termometr działający w zakresie -50° C do +50° C		

POZOSTAŁE ZAPISY POZOSTAJĄ BEZ ZMIAN

.....