

MNS/ZP/A/8/18

Szczecin, dn. 17.10.2018r.

**Dotyczy:** postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Zakup Aparatu RTG dla Działu Konserwacji Muzeum Narodowego w Szczecinie realizowany w ramach Projektu współfinansowanego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 pn. „Konserwatorskie Niebo – zakup wyposażenia dla Pracowni Działu Konserwacji Muzeum Narodowego w Szczecinie”

#### Odpowiedzi na pytania

W związku z otrzymanymi zapytaniem do zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 04.10.2018 pod numerem 631795-N-2018, w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej <http://bip.muzeum.szczecin.pl>; pn.: „Zakup Aparatu RTG dla Działu Konserwacji Muzeum Narodowego w Szczecinie realizowany w ramach Projektu współfinansowanego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 pn. „Konserwatorskie Niebo – zakup wyposażenia dla Pracowni Działu Konserwacji Muzeum Narodowego w Szczecinie”

#### Pytanie :

W Specyfikacji nr 5 Elementy dodatkowe zamawiający wymaga dostarczenia Statywu mobilnego przeznaczonego dla przenośnych aparatów rentgenowskich typu MF. Pozostałe formularze nie przewidują takiej pozycji. Czy zamawiający wymaga dostarczenia urządzenia wyposażonego w przedmiotowy statyw, czy tylko zgodnego konstrukcyjnie i przygotowanego do rozbudowy o statyw w przyszłości?

#### Odpowiedź

W odpowiedzi na pytanie Zamawiający dokonuje zmian w treści Siwz :

Załącznik nr 3 formularz cenowo - przedmiotowy – Specyfikacja techniczna i inne wymagania – Specyfikacja nr 5 – Elementy dodatkowe - usunięcie pozycji „statyw mobilny przeznaczony dla przenośnych aparatów rentgenowskich typu MF”.

Załącznik nr 3 formularz cenowo - przedmiotowy – Specyfikacja techniczna i inne wymagania – Specyfikacja nr 5 – Elementy dodatkowe -  dodanie pozycji „Aparat powinien być przygotowany do współpracy ze statywem w przyszłości.”.

Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia – Specyfikacje techniczne – Specyfikacja nr 5 – Elementy dodatkowe - dodanie pozycji „Aparat powinien być przygotowany do współpracy ze statywem w przyszłości.”.

.....