



## Muzeum Narodowe w Szczecinie

ul. Staromłyńska 27 PL-70-561 Szczecin  
tel. +4891 4315200 fax: +4891 4315204  
<http://www.muzeum.szczecin.pl>

L.dz.....

Szczecin, dn. 26.10.2018r.

**Dotyczy:** postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 221 000 euro na: „**Zakup Aparatu RTG dla Działu Konserwacji Muzeum Narodowego w Szczecinie realizowany w ramach Projektu współfinansowanego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 pn. „Konserwatorskie Niebo – zakup wyposażenia dla Pracowni Działu Konserwacji Muzeum Narodowego w Szczecinie”**”

### ZAWIADOMIENIE O ODRZUCENIU OFERTY

Niniejszym, działając na podstawie art.89 ust.1 pkt 2 Pzp, Zamawiający dokonuje odrzucenia oferty nr 2, Wykonawcy **EUROMED MEDICAL SOLUTION Spółka z o.o., Sp.k., ul. Szczęsna 2, 60-587 Poznań** z uwagi na jej sprzeczność z postanowieniami Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zgodnie z Rozdz. IV pkt 9 SIWZ Wykonawca zobowiązany został do jednoznacznego określenia zaoferowanych w ofercie produktów, charakteryzując je poprzez wskazanie na konkretny wyrób (producent, model). Wykonawca nie wskazał w Załączniku nr 3 – formularz cenowo – przedmiotowy, Specyfikacji nr 3 – dotyczący przeglądarki zdjęć RTG – proponowanego modelu. Ponieważ do oferty nie załączono innych dokumentów technicznych, np. kart katalogowych, nie jest możliwym odkodowanie oferowanego modelu z innych dokumentów. Zgodnie z wymaganiami formularza cenowo przedmiotowego, Wykonawca był zobowiązany do określenia na końcu każdej specyfikacji jaki model oferuje (pełna nazwa, model, marka). Tym samym brak oferowanego modelu stanowi brak w treści oferty, który ma charakter nieusuwalny. Nie jest bowiem możliwym wezwanie do uzupełnienia treści SIWZ.

W związku z powyższym oferta podlega odrzuceniu w trybie art. 89 ust. 1 pkt 2) PZP jako niezgodna z treścią SIWZ.

*Dyrektor Muzeum Narodowego w Szczecinie  
Lech Karwowski*

.....

